

主旨 檢驗項目 Anti-ENA Ab、Anti-Smiths Ab 原廠試劑升級。

公告部門 血清手工 公告日期 2024 年 7 月 5 日

執行日期 2024 年 7 月 15 日 公告編碼 113070501

內容：

因原廠試藥升級，檢驗項目 Anti-ENA Ab、Anti-Smiths Ab 試劑升級，原理及參考區間均不改變，修改 **AMR** 及 **CRR** 範圍。

	原試劑	新試劑
健保代碼	30018B	30018B
項目	Anti-ENA Ab	Anti-ENA Ab
原理	FEIA	FEIA
檢體需求	血清	血清
檢體保存	冷藏	冷藏
分析範圍 (AMR)	0.03-32	0.09-55
報告範圍 (CRR)	0.03-32	0.09-55
單位	Ratio	Ratio
參考區間	<0.7(-);0.7-1.0:Equivocal;>1.0(+)	<0.7(-);0.7-1.0:Equivocal;>1.0(+)

	原試劑	新試劑
健保代碼	12173B	12173B
項目	Anti-Smiths Ab	Anti-Smiths Ab
原理	FEIA	FEIA
檢體需求	血清	血清
檢體保存	冷藏	冷藏
分析範圍 (AMR)	0.6-480	0.7-287
報告範圍 (CRR)	0.6-480	0.7-287
單位	U/mL	U/mL
參考區間	<7(-) ;7-10 Gray zone; >10(+)	<7(-) ;7-10 Gray zone; >10(+)

特此告知，造成不便，敬請見諒！

