

主 旨	DHEA-S (去氫表雄固酮-硫酸鹽)更換試藥廠牌。		
公告部門	血清免疫	公告日期	2025 年 03 月 05 日
執行日期	2025 年 04 月 01 日	公告編碼	114030501

內容：

檢驗項目 DHEA-S 因更換機型與試藥廠牌，故修訂檢驗項目原理及生物參考區間。

	原試劑	新試劑
健保代碼	27080B	27080B
項目	DHEA-S	DHEA-S
廠牌/機型	DPC/ Immulite 2000	ABBOTT/ Alinity i
原理	CLIA	CMIA
檢體需求	血清	血清
檢體保存	冷藏	冷藏
分析範圍(AMR)	15.0-1000.0	4.8-1500.0
報告範圍(CRR)	15.0-1000.0	4.8-1500.0
單位	ug/dL	ug/dL
參考區間	M: 80-560 ug/dL F: 35-430 ug/dL	M: (11-14y):16.6-242.7 ug/dL (15-19y):45.1-385.0 ug/dL (20-24y):238.4-539.3 ug/dL (25-34y):167.9-591.9 ug/dL (35-44y):139.7-484.4 ug/dL (45-54y):136.2-447.6 ug/dL (55-64y):48.6-361.8 ug/dL (65-70y):228.5-283.6 ug/dL F: (11-14y):8.6-169.8 ug/dL (15-19y):61.2-493.6 ug/dL (20-24y):134.2 407.4 ug/dL (25-34y):95.8-511.7 ug/dL (35-44y):74.8-410.2 ug/dL (45-54y):56.2-282.9 ug/dL (55-64y):29.7-182.2 ug/dL (65-70y):33.6-78.9 ug/dL
報告時效	1 天	1 天

特此告知，造成不便

