

立人醫事檢驗所公告

LZ-QP-0901-04

主旨	Free cortisol(24hrs)游離皮質素(24 小時尿))更換儀器設備。		
公告部門	行政部門	公告日期	2026 年 1 月 5 日
執行日期	2026 年 1 月 5 日	公告編碼	115010501

內容：

檢驗項目 Free cortisol(24hrs)因委外單位更換儀器設備，故修訂檢驗項目原理及生物參考區間。

	原儀器	新儀器
健保代碼	09113C	09113C
項目	Free cortisol(24hrs)	Free cortisol(24hrs)
原理	ECLIA	CLIA
檢體需求	尿液	尿液
檢體保存	冷藏	冷藏
參考區間	U:36-137 ug/day	U:58.00-403.00 ug/day
報告時效	3 天	3 天

注意事項：

對於尿液檢體，收集 24 小時的尿液，並裝在含有 10 gm 硼酸作為防腐劑的容器中。需紀錄尿液的總體積。將檢體充分混合後，取出 10 mL 來進行分析的步驟。如果檢體是混濁的或是有沉澱，請將檢體以 700 Xg 離心 5 分鐘之後，取上清液檢測，2-8°C 冷藏保存。

僅此敬告修正，通知事項同步公告於本所網頁 <http://www.lezen.com.tw>

